



PROGRAMA DE TELEVIGILANCIA

Dirigido a pacientes con:

Holter subcutáneo/ Desfibriladores o Marcapasos
incluidos en el Programa de Televigilancia del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

PROGRAMA DE TELEVIGILANCIA

Dirigido a pacientes con:

Holter subcutáneo/ Desfibriladores o Marcapasos
incluidos en el Programa de Televigilancia del **Hospital**
Clínico Universitario de Valladolid

INDICE

¿Qué es la televigilancia?	4
¿Qué debe saber del Programa de Televigilancia?	4
¿Cómo funciona?	5
¿Dónde debe colocarse el comunicador?	6
Recuerde que	9
Datos de contacto	10

¿QUÉ ES LA TELEVIGILANCIA?

El Programa de Televigilancia consiste en la posibilidad de poder revisar el funcionamiento de su dispositivo, así como las posibles alteraciones que se haya registrado en el ritmo de su corazón sin necesidad de que Usted esté presente en la consulta médica.

¿QUÉ DEBE SABER DEL PROGRAMA DE TELEVIGILANCIA?

Este sistema solo revisa el dispositivo que lleva implantado y por lo tanto tiene que seguir acudiendo a la consulta con su cardiólogo que será el encargado de su seguimiento clínico y su tratamiento.

Recuerde que este sistema no nos informa de cualquier síntoma que pueda Ud. sufrir como dolores de pecho, fatiga, hinchazón de piernas, alteraciones en la piel que cubre el dispositivo, etc... Ante cualquiera de estos síntomas deberá acudir a Urgencias o a su Médico de Atención Primaria.

*Ante cualquier
síntoma deberá
acudir a Urgencias
o a su Médico de
Atención Primaria*

Sin embargo este sistema sí que nos permite detectar alteraciones en el funcionamiento del dispositivo o alteraciones en el ritmo de su corazón de manera precoz.

*Este sistema
solo revisa el
dispositivo que
lleva
implantado y
debe seguir
acudiendo a la
consulta con su
cardiólogo*

IDEAS CLAVE DEL PROGRAMA DE TELEVIGILANCIA

- Revisa el funcionamiento del dispositivo implantado ✓
- Revisa el ritmo del corazón ✓
- Detecta alteraciones de forma precoz ✓
- Reduce las consultas presenciales del dispositivo ✓
- No informa de los síntomas que pueda sufrir el paciente ✗
- No exime al paciente de ir al cardiólogo ✗
- No es un sistema de vigilancia de 24 horas ✗

¿CÓMO FUNCIONA ESTE PROGRAMA?

A su alta se le proporcionará un transmisor/comunicador que se llevará a su casa a través del cual nosotros recibiremos en el hospital la información sobre el funcionamiento de su dispositivo. En caso de no poder entregárselo al alta hospitalaria, se le remitirá por correo a su domicilio.

Cuando lo reciba, debe seguir el manual de instrucciones que se incluye con el con comunicador para ponerlo en marcha.

En caso de que se estropee o se pierda el comunicador, su dispositivo seguirá funcionando correctamente

Si se estropea el comunicador o se pierde, nos avisa por teléfono y le enviaremos uno nuevo a su domicilio

Es importante recordar que este comunicador solo sirve para transmitir información sobre su dispositivo. En caso de que se estropee o se pierda, su dispositivo (desfibrilador, marcapasos o holter) seguirá funcionando correctamente.

¿DÓNDE DEBE COLOCARSE EL COMUNICADOR?

- Junto a una toma eléctrica a la que se pueda acceder con facilidad
- En la mesilla de noche del dormitorio donde habitualmente duerma
- En un lugar donde el comunicador, los cables y accesorios se mantengan secos y no expuestos a la humedad, ni a un posible contacto con el agua.

Para que el comunicador detecte los problemas que puedan surgir en el dispositivo, tiene que estar próximo a usted. Por esta razón se le aconseja que lo tenga en la mesilla de noche, ya que es durante el sueño cuando el transmisor revisa su dispositivo y manda mensajes.

Es aconsejable que se lleve siempre el transmisor cuando salga de viaje por un periodo superior a 7 días. Podrá utilizarlo desde cualquier punto de Europa

Los mensajes recibidos se analizan durante el horario laboral **de lunes a viernes de 8:00 a 15:00hrs**, y según la importancia del caso nos comunicaremos con Ud. lo antes posible.

Solo se recibirá información del funcionamiento del dispositivo, no del estado de salud del paciente.

Se le enviará un informe cada 6 meses, salvo que se produzca una alarma en las transmisiones del paciente o una incidencia con el dispositivo, en cuyo caso nos pondremos nosotros en contacto con Ud. telefónicamente o mediante carta.

Es aconsejable que se lleve siempre el transmisor cuando salga de viaje por un periodo superior a 7 días ya que podrá utilizarlo desde cualquier punto de Europa.

Si necesita sustituir el comunicador o alguno de los accesorios debido a daños o a una avería, póngase en contacto con el personal sanitario para saber cómo devolverlos o sustituirlos.

Se le enviará un informe cada 6 meses, salvo que se produzca una alarma en las transmisiones del paciente o una incidencia con el dispositivo, en cuyo caso nos pondremos nosotros en contacto con Ud. telefónicamente o mediante carta.

Este equipo debe instalarse y ponerse en funcionamiento de acuerdo con la información contenida en la documentación que se le da con el comunicador. En caso de duda póngase en contacto con nosotros dentro del horario laboral en el teléfono 983 42 00 00 Ext. 86944

Es importante que en su historia clínica estén los datos personales actualizados (teléfono y dirección) ya que a través de ellos nos comunicaremos con Ud.

Es muy importante llevar siempre con usted el carnet de portador de DAI o marcapasos o el informe de holter subcutáneo.

Si necesita realizarse una **RESONANCIA MAGNÉTICA:**

- Si Ud. es portador de un **DAI o MARCAPASOS**, se puede realizar resonancias con algunos modelos. Por eso deberá ponerse en contacto Ud. o su médico con nosotros para que le confirmemos si puede o no hacerse la resonancia y lo que tiene que hacer.
- Si Ud. es portador de un **HOLTER SUBCUTANEO**, **SI** pueden realizarle una resonancia magnética.

Si observa cualquier alteración que pueda indicar infección en la zona del implante o extrusión del dispositivo (calor, enrojecimiento, picor, etc..) puede enviarnos una foto al correo electrónico efisiologia_clinico@hotmail.com

*Es muy importante
llevar siempre con
usted el carnet de
portador de DAI o
marcapasos o el
informe de holter
subcutáneo.*

RECUERDE QUE....

- Este programa reduce las visitas presenciales de revisión del dispositivo. Solo **vendrá a consulta de revisión de su dispositivo si se lo indicamos** en alguno de los informes que recibirá de forma periódica en su domicilio desde el programa de televigilancia.
- Este programa **no es un sistema de vigilancia de 24 horas**. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs
- Solo transmite información sobre el funcionamiento del dispositivo, no sobre el estado de salud del paciente.
- En caso de encontrarse mal acuda a Urgencias o a su médico de Atención Primaria.
- Debe colocar el transmisor en la mesilla de noche ya que durante el sueño es cuando el transmisor manda los mensajes.
- Es muy importante llevar siempre con usted el carnet de portador de DAI o marcapasos o el informe de holter subcutáneo.
- Cuando vaya a realizar un viaje, es aconsejable que lleve siempre el transmisor. Este sistema puede ser usado en cualquier país europeo.
- En caso de que el transmisor se estropee o se pierda, su dispositivo seguirá funcionando correctamente.
- Si observa cualquier indicación de infección en su dispositivo debe ponerse en contacto con nosotros.
- Debemos tener sus datos personales actualizados siempre para que podamos comunicarnos con Ud. en caso necesario
- Solo a los portadores de holter subcutáneo se les puede realizar pruebas de resonancia magnética. Si tiene un DAI o un marcapasos, debe contactar con nosotros para confirmar si puede hacerse esa prueba.

DATOS DE CONTACTO


Persona de contacto: Susana Bombín (enfermera)

Teléfono: 983 42 00 00 extensión: 86944

Correo electrónico: efisiologia_clinico@hotmail.com

El horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.

CON EL PATROCINIO DE



**Fundación de la Sociedad Profesional
Castellano Leonesa de Cardiología
(FUCALEC)**